



Cena bez DPH 19,40 Eur  
Cena s DPH 23,28 Eur

Parametre

Značka, Výrobce Dr. Weigert  
Balení [l] 1  
Množstevná jednotka ks

**Hlavní oblasti použití:**

Důkladné čistenie chirurgických nástrojů z nerezů v ponorné a ultrazvukové lázni. Aplikovat jen na nástroje z tvrzené chromové oceli nebo z chromikové oceli.

**Charakteristika:**

neodisher®IR je speciální přípravek pro důkladné čistenie k odstranění zbarvení a rzi. Zaschlé povlaky, které mohou vzniknout v důsledku chybné přípravy nástrojů, je možné tímto přípravkem odstranit. Nástroje z netvrzené chromované oceli, nelegované oceli a jiných materiálů, které nejsou odolné vůči kyselinám, se nesmí ošetřovat přípravkem neodisher®IR. To platí také pro pochromované a poniklované nástroje. U dílů ze slitin lehkých kovů a nástrojů z nerezů, které nemají záruku kvality, je třeba provést zkoušku předem. Nástroje s vložkami z tvrdých kovů jsou vhodné pro důkladné čistenie jen pokud jsou dodržována níže uvedená omezení. Důkladné čistenie přípravkem neodisher®IR se nesmí zaměňovat s primárním čistením nových nástrojů. Nádoby pro důkladné čistenie, stejně jako odpadní vedení, jimiž se mají roztoky neodisher®IR odvádět, musí být z materiálů odolných vůči kyselině (eternit a litinové trubky jsou nevhodné). Je-li to nutné, může se roztok neodisher®IR před vypuštěním neutralizovat zásaditým čisticím prostředkem (bez aktivního chloru).